

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：[CGB2024341](#)
- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发部玻璃反应釜成套设备
- 业务管理部门：物资采购部

二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	玻璃反应釜	高硼硅 3.3 双层玻璃 容积：100L，壁厚 6-7mm，搅拌电机加大到 400W，框架防腐材料喷涂处理，密封圈为耐腐蚀材质，下放料口离地面高度 55cm。铼酸铵液体介质，要求使用过程中玻璃反应釜不能微溶带入杂质元素	台	1	具体型号由投标方填写
2	高温循环器	SY-100，密闭循环系统，导热流体不易挥发和氧化，具有热过载保护、过电流保护、相序保护功能。油加热，温度范围：室温~200℃，配套 100L 反应釜使用。380V，8-9kW	台	1	具体型号由投标方填写
3	玻璃反应釜	GR(P)-100，高硼硅 3.3 双层玻璃 容积：100L，壁厚 6-7mm，搅拌电机 250W，框架防腐材料喷涂处理，密封圈为耐腐蚀材质，下放料口离地面高度 55cm。铼酸介质，130℃下蒸发，要求使用过程中玻璃反应釜不能微溶带入杂质元素	台	1	具体型号由投标方填写
4	高温循环器	密闭循环系统，导热流体不易挥发和氧化，具有	台	1	具体型号由投标方填写

		热过载保护、过电流保护、相序保护功能；温度范围：室温~250℃，配套 100L 反应釜使用。 380V，12-14kW			
5	循环水式多用真空泵	SHB-B95, 220-240V, 50/60Hz, 最大真空度 0.098 (MPa), 5 抽头真空泵, 单头抽气量: 10L/min, 配套 100L 反应釜使用	台	1	
6	循环冷却器	最低温度-30℃, 储液槽容积: 30L, 配套 100L 反应釜, 为冷凝器提供冷却液	台	1	

注：序号 1-2、3-6 配套使用，卖方负责安装及调试，放置示意图见附图（有限空间），验收标准为反应过程中玻璃反应釜不能微溶污染物（主要检测硅元素），验收不合格需做退货处理。

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有机电设备或配件等类似相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13%（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到调试验收合格付合同总价 90%，质保期满无质量问题付合同总价 10%（允许偏离，但必须保留不低于 50% 验收款及 10% 质保金）。

6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。
7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

附设备配置方案（供参考）：

